



# SURAT PERINTAH KERJA

## INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

140/1/26/E/IPRSRS

KEPADA :

- |                |            |         |
|----------------|------------|---------|
| 1. Pak Khoirul | 3. Jesisca | 5. Aris |
| 2. Pak Syaiful | 4. Dika    |         |



**Selesai IPSRS**

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-01-12 08:17:19	134/1/26	Rabu, 14 Januari 2026	Radiologi

NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
X Ray	-	-	-

LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN
---------	----------	------------

- |   |   |                     |
|---|---|---------------------|
| <p>1. DD tidak bisa digunakan expose , hasil tidak muncul.<br/>2. PACS tidak bisa</p> | <p>Melakukan pengecekan pada jaringan internet pacs tidak bisa, detektor xray tidak connect, prunt dengan mobile WDR tidak connect setelah diping alat error communication dengan internet setelah dicek oleh it switch hub rusak dan digantikan dengan milik it alat sudah normal bisa berfungsi kembali</p> | <p>sudah normal</p> |
|---|---|---------------------|



### SPAREPART

- |    |    |
|----|----|
| 1. | 4. |
| 2. | 5. |
| 3. | 6. |

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Bu Nova

Jesisca

Dika

Aris

Penerima Pekerjaan

Franky

bag. IPSRS RSUD SLG

Admin

Ka. IPSRS

Alivia Ayu Ninditya      Nova Dwi Hapsari  
NIP. 198403012011012016