



SURAT PERINTAH KERJA

INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

154/1/26/E/IPSRS

KEPADA :

1. Pak Khoirul
2. Pak Syaiful
3. Aris
4. Dika
5. Jesisca

Selesai IPSRS

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-01-13 08:39:04	157/1/26	Rabu, 14 Januari 2026	Punai

NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
Vital Sign Monitor	-	-	-

LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN
---------	----------	------------

Bedside monitor tidak bisa momba kencangkan konektor manset nibp dan posisikan kembali manset pada pasien



SPAREPART

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Bu Nova

Aris

Dika

Jesisca

Penerima Pekerjaan

Grandis

bag. IPSRS RSUD SLG

Admin

Alivia Ayu Ninditya

Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari
NIP. 198403012011012016