



SURAT PERINTAH KERJA

INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

177/1/26/E/IPSR

KEPADA :

- | | | |
|----------------|---------|------------|
| 1. Pak Khoirul | 3. Aris | 5. Jesisca |
| 2. Pak Syaiful | 4. Dika | 6. - |

Selesai Pihak Ke-3

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-01-13 11:47:19	165/1/26	Senin, 19 Januari 2026	CSSD

NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
Autoclave	-	-	-

LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN
Mesin sterilisasi gagal 5 kali	ganti doorseal	



SPAREPART

- | | | |
|-----------------------|--------|----|
| 1. doorseal autoclave | 2 buah | 4. |
| 2. | | 5. |
| 3. | | 6. |

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Bu Nova

Aris

Dika

Jesisca

Penerima Pekerjaan

Pundi

bag. IPSRS RSUD SLG

Admin

Alivia Ayu Ninditya

Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari
NIP. 198403012011012016