



SURAT PERINTAH KERJA

INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

236/1/26/L/IPSR

KEPADA :


- | | |
|----------------|-----------|
| 1. Pak Khoirul | 3. Anam |
| 2. Pak Syaiful | 4. Irawan |

Selesai IPSRS

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-01-23 19:49:51	267/1/26	Sabtu, 24 Januari 2026	Punai

NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
Nurse Call	-	-	-

LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN
nursecall kamar 8 bunyi-bunyi tidak ada pasien	pengecekan push botton dan kabel nursecall	sudah kembali normal



SPAREPART

- | | |
|----|----|
| 1. | 4. |
| 2. | 5. |
| 3. | 6. |

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Pak Khoirul

Pak Syaiful

Anam

Irawan

Penerima Pekerjaan

Tria

bag. IPSRS RSUD SLG

Admin

Alivia Ayu Ninditya

Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari
NIP. 198403012011012016