



SURAT PERINTAH KERJA

INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

37/1/26/E/IPSRS

KEPADA :

1. Pak Khoirul
2. Pak Syaiful
3. Jেসিস্কা
4. Dika
5. Aris

Selesai IPSRS

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-01-05 08:47:23	33/1/26	Senin, 5 Januari 2026	Klinik gigi Koservasi

NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
Dental Unit	-	-	-

LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN
Mata bor handpiece lepas sendiri ketika digunakan	Melakukan pengecekan pada bagian handpiece dan juga matabor beberapa matabor tidak cocok dengan handpiece yang ada diruangnyaitu merk W&H melakukan edukasi pada perawat untuk menggunakan handpiece yang ada pengunci agar tidak mudah terlepas	Alat sudah normal



SPAREPART

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Bu Nova

Jেসিস্কা

Dika

Aris

Penerima Pekerjaan

Bu Retno

bag. IPSRS RSUD SLG

Admin

Alivia Ayu Ninditya

Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari

