



SURAT PERINTAH KERJA

INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

372/2/26/E/IPSRS

KEPADA :

1. Pak Khoirul
2. Pak Syaiful
3. Dika
4. Aris
5. Jesisca

Selesai IPSRS

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-01-19 15:43:46	209/1/26	Minggu, 8 Februari 2026	Neonatus

NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
Oxymeter	-	-	-

LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN
sealer tidak bisa ngeces	pengecekan dan uji fungsi alat, ketika baterai alat mencapai 2 strip, alat otomatis akan nyala mati sendiri, namun apabila unit dicharge alat akan bertahan nyala hingga 7 jam pemakaian	pengecekan dan uji fungsi alat, ketika baterai alat mencapai 2 strip, alat otomatis akan nyala mati sendiri, namun apabila unit dicharge alat akan bertahan nyala hingga 7 jam pemakaian



SPAREPART

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Bu Nova

Dika

Aris

Jesisca

Penerima Pekerjaan

Tantri

bag. IPSRS RSUD SLG

Admin

Alivia Ayu Ninditya

Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari
NIP. 198403012011012016