



SURAT PERINTAH KERJA

INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

38/1/26/E/IPRS

KEPADA :

1. Pak Khoirul
2. Pak Syaiful
3. Dika
4. Aris
5. Jেসিসca

Selesai IPSRS

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-01-05 08:57:36	37/1/26	Senin, 5 Januari 2026	Klinik Gigi Prostodonsia

NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
Dental Unit	-	-	-

LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN
Wastafel kumur pasien minta disetting 1x pencet	setting wastafel dental unit	setting wastafel dental unit

Cara setting kapasitas air kumur:
Tombol set di tekan Sampai lampu indikator nyala.

Lanjut tekan tombol gelas dan di tahan sampai kapasitas air kumur di gelas terisi sesuai kebutuhan terus tombol air kumur di lepas.

Setelah itu tombol set di tekan sampai lampu indikator mati.

alat sudah di setting bisa digunakan normal



SPAREPART

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Bu Nova

Dika

Aris

Jেসিসca

Penerima Pekerjaan

Bu Afín

bag. IPSRS RSUD SLG

Admin

Ka. IPSRS

Alivia Ayu Ninditya Nova Dwi Hapsari
NIP. 198403012011012016