



SURAT PERINTAH KERJA

INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

397/2/26/E/IPSRS

KEPADA :


- | | | |
|----------------|------------|---------|
| 1. Pak Khoirul | 3. Dika | 5. Aris |
| 2. Pak Syaiful | 4. Jesisca | 6. - |

Proses IPSRS

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-02-03 12:05:14	25/2/26	Senin, 9 Februari 2026	Kasuari

NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
Bed Pasien	-	-	-

LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN
Bed pasien 2.4 tidak bisa di kunci	crank naik turun lepas, per hilang, proses DIY per agar crank pemutar bisa digunakan normal lagi	crank naik turun lepas, per hilang, proses DIY per agar crank pemutar bisa digunakan normal lagi



SPAREPART

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Bu Nova

Dika

Jesisca

Aris

Penerima Pekerjaan

Arisa

bag. IPSRS RSUD SLG

Admin

Alivia Ayu Ninditya

Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari
NIP. 198403012011012016