



SURAT PERINTAH KERJA

INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

532/2/26/E/IPSRS

KEPADA :


- | | | |
|----------------|---------|------------|
| 1. Pak Khoirul | 3. Dika | 5. Jesisca |
| 2. Pak Syaiful | 4. Aris | 6. - |

Proses Pihak Ke-3

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-02-25 10:51:13	208/2/26	Jum'at, 27 Februari 2026	Merak

NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
Bed Pasien	-	-	-

LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN
Bed ruang VK tidak bisa naik	remot & control box tidak bisa digunakan	remot & control box tidak bisa digunakan



SPAREPART

-

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Bu Nova

Dika

Aris

Jesisca

Penerima Pekerjaan

Nining

bag. IPSRS RSUD SLG

Admin

Alivia Ayu Ninditya

Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari
NIP. 198403012011012016