



## SURAT PERINTAH KERJA

### INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

663/3/26/E/IPSRs

KEPADA :

- |                |             |         |
|----------------|-------------|---------|
| 1. Pak Khoirul | 3. Jেসিস্কা | 5. Aris |
| 2. Pak Syaiful | 4. Dika     |         |

**Afkir**

| TANGGAL LAPORAN     | NOMOR LAPORAN | PELAKSANAAN         | LOKASI |
|---------------------|---------------|---------------------|--------|
| 2026-03-11 10:46:03 | 125/3/26      | Rabu, 11 Maret 2026 | Merak  |

| NAMA ALAT | MERK | MODEL | NOMOR SERI |
|-----------|------|-------|------------|
| Stetoskop | -    | -     | -          |

| LAPORAN                | TINDAKAN  | KETERANGAN                                |
|------------------------|---|---|
| Stetoskop rusak 2 buah | Melakukan pengecekan pada stetoskop<br>stetoskop rusak pada bagian membran dan juga patah pada bagian penghubung ear tube alat sudah tidak bisa diperbaiki dan akan diafkir | sudah tidak bisa diperbaiki, alat diafkir |



#### SPAREPART

- |    |    |
|----|----|
| 1. | 4. |
| 2. | 5. |
| 3. | 6. |

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Bu Nova

Jেসিস্কা

Dika

Aris

Penerima Pekerjaan

Bu Nining

bag. IPSRS RSUD SLG

Admin

Alivia Ayu Ninditya

Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari  
NIP. 198403012011012016