



## SURAT PERINTAH KERJA

### INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

76/1/26/E/IPSRS

KEPADA :

- |                |         |            |
|----------------|---------|------------|
| 1. Pak Khoirul | 3. Dika | 5. Jesisca |
| 2. Pak Syaiful | 4. Aris |            |

**Selesai IPSRS**

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-01-05 08:56:15	35/1/26	Kamis, 8 Januari 2026	Klinik Gigi Prostodonsia

NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
Dental Unit	-	-	-

LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN
Scaler dental air dan kecepatan putaran tidak konsisten	alat dilakukan pengecekan : saklat setting scaler sudah usang dan perlu diganti, performa sudah tidak normal	alat dilakukan pengecekan : saklat setting scaler sudah usang dan perlu diganti, performa sudah tidak normal



#### SPAREPART

- |    |    |
|----|----|
| 1. | 4. |
| 2. | 5. |
| 3. | 6. |

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Bu Nova

Dika

Aris

Jesisca

Penerima Pekerjaan

Bu Afan

bag. IPSRS RSUD SLG

Admin

Alivia Ayu Ninditya

Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari  
NIP. 198403012011012016