



# SURAT PERINTAH KERJA

## INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

77/1/26/E/IPRS

KEPADA :

1. Pak Khoirul
2. Pak Syaiful
3. Dika
4. Aris
5. Jesisca

**Selesai IPSRS**

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-01-05 08:56:58	36/1/26	Kamis, 8 Januari 2026	Klinik Gigi Prostodonsia

NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
Dental Unit	-	-	-

LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN
3 way syringe sudah mulai seret	alat dilakukan pengecekan : pelumasan saklar on of water & air three way syringe	alat dilakukan pengecekan : pelumasan saklar on of water & air three way syringe

rekom : pengeringan setelah digunakan, agar tidak berkerak



### SPAREPART

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Bu Nova

Dika

Aris

Jesisca

Penerima Pekerjaan

BU AFIN

bag. IPSRS RSUD SLG

Admin

Alivia Ayu Ninditya

Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari  
NIP. 198403012011012016